
III Diretrizes para uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial

I Diretriz para uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

7 a 9 de Setembro de 2000

Ilha de Comandatuba

*Sociedade Brasileira de Hipertensão
Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Nefrologia*

Participantes

Andréa A. Brandão (RJ)
Angela Maria Geraldo Pierin (SP)
Celso Amodeo (SP)
Dante Marcelo Artigas Giorgi (SP)
Décio Mion Jr. (SP)
Fernando Nobre (SP)

Guido Rosito (RS)
Hilton Chaves Jr. (PE)
Istênio Fernandes Pascoal (DF)
João Cezar Mendes Moreira (SP)
José Luis Santello (SP)

José Márcio Ribeiro (MG)
Lilian Soares da Costa Mesquita (RJ)
Luis Aparecido Bortolotto (SP)
Marco Antonio Mota Gomes (AL)
Oswaldo Kohlmann Jr. (SP)

Nota: Texto mantido para publicação conforme original recebido pela Revista.

Paulo César Veiga Jardim (GO)
Raimundo Nascimento (MG)
Vera Koch (SP)
Wille Oigman (RJ)

Comissão de Redação

Dante Marcelo Artigas Giorgi
Décio Mion Jr.
Fernando Nobre
José Márcio Ribeiro

GRUPOVERMELHO

Moderador: José Márcio Ribeiro
Secretário: Celso Amodeo
Componentes: Oswaldo Kohlmann, Lilian S. C. Mesquita, José Luis Santello, João Cezar Mendes Moreira

Temática

Comportamento fisiológico da pressão em 24h
Indicações, limitações e vantagens da monitorização ambulatorial da pressão arterial
Técnicas e métodos para obtenção da pressão arterial em 24h
Equipamentos: tipos, critérios de validação e equipamentos validados
Protocolos para realização do exame
Orientações indispensáveis ao paciente para realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial
Cuidados na instalação do equipamento e cuidados para sua manutenção

GRUPOVERDE

Moderador: Dante Marcelo Giorgi
Secretário: Istênio Fernandes Pascoal
Componentes: Vera Koch, Guido Rosito, Hilton Chaves

Temática

Reprodutibilidade do método
Valores de normalidade e considerações, incluindo as limitações e populações especiais, como crianças e grávidas, dos dados obtidos com o exame
Conceito de efeito e hipertensão do avental branco
Significado clínico e prognóstico da hipertensão do avental branco
Importância do efeito do avental branco nos pacientes sob tratamento anti-hipertensivo
Papel da monitorização ambulatorial da pressão arterial na avaliação prognóstica dos pacientes hipertensos

GRUPOAZUL

Moderador: Fernando Nobre
Secretário: Andréa Brandão
Componentes: Wille Oigman, Raimundo Nascimento, Paulo César Jardim

Temática

Avaliação dos dados obtidos com a monitorização ambulatorial da pressão arterial
Critérios de validade do exame
Definição, análise, critérios para interpretação de: pressões sistólicas, pressões diastólicas, cargas pressóricas, picos tensionais e episódios de hipotensão, variações da pressão entre vigília e sono, variabilidade
Produção de relatórios

GRUPOAMARELO

Moderador: Décio Mion Jr.
Secretário: Angela Maria G. Pierin
Componentes: Luis Bortolotto, Marco Antonio Mota Gomes

Temática

Importância da monitorização residencial da pressão arterial
Indicações, vantagens e limitações da monitorização residencial da pressão arterial
Equipamentos
Protocolos
Valor da monitorização residencial da pressão arterial para: diagnóstico de hipertensão arterial, avaliação da terapêutica, prognóstico do hipertenso
Critérios da normalidade
Interpretação dos dados obtidos com a monitorização residencial da pressão arterial e produção de relatórios

Correspondência: Fernando Nobre – Av. Bandeirantes, 3900 – 14049-900
Ribeirão Preto, SP – E-mail: fernando.nobre@uol.com.br

Apresentação

A monitorização ambulatorial da pressão arterial tem apresentado um grande crescimento nos últimos anos, particularmente na última década, em que se concentra a maior parte das publicações que vieram definir aspectos de grande importância para a consolidação do método. Dois terços de todas as publicações, em periódicos indexados, concentram-se nos últimos dez anos. Isso nos leva a uma revisão das últimas diretrizes publicadas em 1996.

Assim, a Sociedade Brasileira de Hipertensão e os Departamentos de Hipertensão das Sociedades Brasileiras de Cardiologia e Nefrologia reuniram-se à busca de normatizações, até onde os conhecimentos atualmente disponíveis permitem, para a utilização da monitorização ambulatorial da pressão arterial em nosso país.

Por outro lado, ganha consistência, particularmente nos últimos anos, a monitorização residencial da pressão arterial, que também e, pela primeira vez, merece atenção de um documento orientador à sua prática.

A reunião de um grupo de especialistas nessas áreas importantes e fundamentais para a melhor orientação do diagnóstico da hipertensão, para o estabelecimento do prognóstico do paciente hipertenso e para a melhor orientação da terapêutica anti-hipertensiva, utilizando os recursos que podem ser auferidos da monitorização ambulatorial da pressão arterial e da monitorização residencial da pressão arterial, representa uma contribuição necessária e oportuna.

III Diretrizes para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – monitorização ambulatorial da pressão arterial

Comportamento fisiológico da pressão arterial nas 24h

A pressão arterial varia devido à interação de fatores neuro-humorais, comportamentais e ambientais. A tabela I relaciona alguns desses principais fatores ¹. Observa-se uma variação contínua da pressão arterial de momento a momento, de acordo com as atividades do indivíduo, sendo que em pacientes hipertensos essa variabilidade da pressão arterial apresenta uma amplitude maior que nos indivíduos normais ¹. Durante o período de vigília, esses valores são maiores do que aqueles obtidos durante o sono. Em função dessas variações novos métodos surgiram para melhor avaliação do comportamento da pressão arterial em períodos predeterminados. Dentre eles destacam-se: medidas repetidas casuais da pressão arterial, monitorização ambulatorial e/ou residencial da pressão arterial.

Indicações e limitações da monitorização ambulatorial da pressão arterial

A monitorização ambulatorial da pressão arterial permite que seja realizado um grande número de medidas – usualmente em 24h – possibilitando o conhecimento do perfil de variações da pressão arterial na vigília e no sono. Entretanto, deve ser salientado que atualmente não existem evidências comprovadas de melhor avaliação de desfechos primários com a monitorização ambulatorial da pressão arterial do que com as medidas casuais da pressão arterial. A monitorização ambulatorial da pressão arterial é útil na avaliação de algumas situações clínicas, como expressa a tabela II. Por outro lado, algumas condições eventualmente presentes podem limitar a utilização da monitorização ambulatorial da pressão arterial. As principais limitações ao seu uso estão na tabela III.

Atividades	Pressão Sistólica (mmHg)	Pressão Diastólica (mmHg)
Reuniões	+ 20,2	+ 15,0
Trabalho	+ 16,0	+ 13,0
Caminhar	+ 12,0	+ 5,5
Vestir	+ 11,5	+ 9,7
Tarefas domésticas	+ 10,7	+ 6,7
Telefonar	+ 9,5	+ 7,2
Conversar	+ 6,7	+ 6,7
Assistir a TV	+ 0,3	+ 1,1
Repouso	0	0
Dormir	- 10,0	- 7,6

Tabela II - Indicações principais para o uso da mapa

- Hipertensão de consultório ou hipertensão do avental branco.
- Avaliação da hipertensão arterial resistente: quando o valor da pressão arterial permanece consistentemente elevado apesar do uso de três ou mais anti-hipertensivos com diferentes mecanismos de ação.
- Hipertensão arterial episódica: medidas de pressão arterial de consultório normais ou elevadas, com história de medidas casuais maiores detectadas em momentos episódicos, que podem ou não estar acompanhadas de sintomas.
- Suspeita de episódios de hipotensão arterial sintomática.
- Avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva.

Tabela III - Principais limitações para o uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial

- Arritmias cardíacas.
- Hipercinesia.
- Braços que não permitam o perfeito ajuste do manguito.
- Hiato auscultatório.

Técnicas e métodos para obtenção da pressão arterial nas 24h

Existem métodos diretos e indiretos de medida da pressão arterial. A monitorização ambulatorial da pressão arterial se baseia na medida indireta e intermitente da pressão arterial. As medidas indiretas podem ser obtidas pelo método auscultatório ou oscilométrico.

O método auscultatório baseia-se na detecção do primeiro e do último ruído de Korotkoff, enquanto o método oscilométrico, através da identificação do ponto de oscilação máxima, determina a pressão arterial média e as pressões sistólicas e diastólicas por meio de algoritmo específico ². O mais utilizado atualmente é o método oscilométrico.

Equipamentos

Para a utilização dos aparelhos de monitorização ambulatorial da pressão arterial disponíveis no mercado devem ser levados em consideração, no momento da compra, os aspectos citados na tabela IV.

Protocolo para realização do exame ³

Para realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial são necessárias as orientações e cuidados explicitados na tabela V.

Tabela IV - Fatores a serem considerados na aquisição de um aparelho de monitorização ambulatorial da pressão arterial³

- Aparelho validado pela *British Hypertension Society* e/ou pela *US Association for the Advancement of Medical Instrumentation*.
- Custo do aparelho.
- Custo do *software*.
- Informações contidas no *software*.
- Instruções adequadas do manual.
- Custo de manutenção.
- Custo do material de consumo (ex.: baterias, manguitos etc.).
- Assistência técnica disponível.
- Garantia.

Tabela V - Orientações e cuidados para a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial³

- Escolha de um dia representativo das atividades do paciente.
- Manguito com largura e comprimento adequados colocado em braço não-dominante.
- Medir a pressão arterial em ambos os braços.
Se a diferença da pressão arterial sistólica for menor que 10mmHg, usa-se o braço não-dominante; se maior ou igual a 10mmHg, usa-se o manguito no braço com maior pressão sistólica.
- Aparelho programado para leituras em intervalos de 20 minutos na vigília e de 30 minutos para o período de sono, com número mínimo de 14 medidas na vigília e de 7 no sono. Por definição, o período de vigília é o compreendido entre 7 e 22h.
- Nos aparelhos que permitem a leitura da pressão arterial em cada momento de medida, é recomendável que tal dispositivo esteja desativado.
- Recomenda-se o uso de material leve e suave para separar o braço do manguito.
- Fazer pelo menos duas medidas de teste antes de liberar o paciente.

Explicações adequadas do procedimento

O paciente que será submetido ao exame deverá receber orientações mínimas indispensáveis no sentido de obtenção de procedimento de boa qualidade. Essas orientações básicas estão listadas na tabela VI.

Cuidados para manutenção e calibração dos aparelhos

Deve-se exigir de cada fabricante as recomendações específicas de manutenção e calibração necessárias a cada monitor.

Esforços serão desenvolvidos pelas Sociedades Bra-

Tabela VI - Explicações apropriadas sobre o exame

- Tomar banho antes, pois não será permitido banho durante o período de exame.
- Explicar como desinsuflar manualmente o aparelho e como acionar uma medida manual em caso de sintomas.
- Manter o braço imóvel e relaxado ao longo do corpo durante as medidas.
- Encorajar o indivíduo a manter suas atividades habituais durante o exame.
- Não se deitar sobre o braço que está com o manguito instalado.
- Anotar: os horários em que dormiu e acordou, qualidade habitual do sono antes e durante a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial, horários das principais atividades durante o dia, como trabalho, repouso etc. e sintomas que surgirem durante o exame, horários de uso de medicações, com descrição precisa dos nomes e doses dos medicamentos.

sileiras de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia em busca de ações junto aos organismos oficiais controladores de qualidade e calibração de equipamentos, como o INMETRO, para a criação de recomendações nesse sentido.

Reprodutibilidade do método

Para a população de indivíduos normotensos e hipertensos, independentemente do sexo ou da idade, a monitorização ambulatorial da pressão arterial é um exame que apresenta boa reprodutibilidade. Os valores da pressão arterial sistólica, diastólica e média, bem como a frequência cardíaca obtida em 24h, vigília e sono, apresentam resultados semelhantes em exames consecutivos realizados em curto intervalo de tempo^{4,5}.

A maioria dos pacientes apresenta diminuição da pressão arterial durante o sono. A variação da pressão arterial entre os períodos de sono e vigília também apresenta boa reprodutibilidade quando considerada como variável contínua⁴. Entretanto, a variação da pressão arterial entre os períodos de vigília e sono tem sido considerada em duas categorias distintas. Quando ocorre queda da pressão arterial igual ou superior a 10% em relação à pressão de vigília, define-se o indivíduo como com queda da pressão arterial durante o sono ou, em inglês, como *dipper*. Quando a queda é inferior a 10%, é caracterizado como sem queda da pressão arterial durante o sono ou, em inglês, como *non-dipper*. A reprodutibilidade do caráter *dipper* e *non-dipper* tem sido questionada na literatura devido à chance de 30% a 50% dos indivíduos mudarem de categoria em exames subsequentes⁶. Essa aparente controvérsia se deve às limitações advindas da utilização de pontos de cortes arbitrários, nesta condição 10%, para representar variáveis contínuas. Assim sendo, o fenômeno da variação da pressão arterial entre a vigília e o sono deve ser considerado em seu valor absoluto (em mmHg) e percentual.

Valores de normalidade para as pressões obtidas com a monitorização ambulatorial da pressão arterial

À semelhança da medida casual da pressão arterial, os critérios de normalidade dos valores de pressão na monitorização ambulatorial da pressão arterial são arbitrários. A

Tabela VII - Valores de normalidade para a monitorização ambulatorial da pressão arterial

Média da pressão	Normal	Intermediário	Anormal
Sistólica			
Vigília	<135	135-140	>140
Sono	<120	120-125	>125
24h	<130	130-135	>135
Diastólica			
Vigília	<85	85-90	>90
Sono	<75	75-80	>80
24h	<80	80-85	>85

tabela VII expressa os valores considerados normais, intermediários e anormais para a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Para a população adulta, as medidas normais e anormais disponíveis e recomendadas representam apenas um guia para a interpretação do exame. Níveis mais baixos de pressão podem ter relevância clínica em pacientes com múltiplos fatores de risco⁷. É importante salientar que não existem estudos longitudinais com o uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial na população brasileira.

As médias sistólicas e diastólicas na vigília apresentam geralmente valores mais elevados quando comparados aos obtidos por medida casual, enquanto as médias pressóricas sistólicas e diastólicas durante o sono mostram valores inferiores àqueles obtidos casualmente.

Crianças

Dados de monitorização ambulatorial da pressão arterial em crianças têm demonstrado boa correlação com idade cronológica, altura, peso e frequência cardíaca, além de boa reprodutibilidade⁸.

Belsha e cols.⁹ compararam, através da monitorização ambulatorial da pressão arterial, o perfil de pressão arterial de vigília e sono de crianças e adolescentes normotensos e hipertensos, demonstrando que os pacientes hipertensos apresentam médias pressóricas mais elevadas, com perfil pressórico de 24h semelhante aos seus pares normotensos. Não existem critérios estabelecidos de normalidade para as variáveis obtidas. Para cálculo das cargas pressóricas de vigília utilizam-se como limite superior de normalidade o percentil 95 para sexo e idade da curva de referência da pressão arterial casual, e valores 10% menores para as pressões de sono.

Contudo, a avaliação pela monitorização ambulatorial da pressão arterial de crianças e adolescentes com doenças de base com risco associado de desenvolvimento de hipertensão arterial tem sido descrita como promissora em pacientes com diabete melito tipo 1¹⁰, doença policística autossômica dominante¹¹, na insuficiência renal crônica dialítica^{12,13} e em pacientes transplantados renais¹⁴. Nessas situações clínicas a monitorização ambulatorial da pressão arterial tem se mostrado mais útil para o diagnóstico e manejo da hipertensão arterial do que a pressão arterial de consultório, por fornecer dados sobre alterações do perfil

pressórico durante o sono, reclassificar pacientes quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial obtido pela medida em consultório e apresentar maior correlação com o desenvolvimento de lesões de órgãos-alvo.

Grávidas

A maioria dos estudos de parâmetros circadianos da pressão arterial durante a gravidez demonstra a preservação do padrão vigília-sono e a variabilidade global semelhante àquela observada em mulheres não-grávidas^{15,16}. Igualmente, observa-se diminuição linear da pressão arterial sistólica, diastólica e média até a 22ª semana de gestação, seguida por aumento progressivo até o dia do parto¹⁷⁻¹⁹.

Variações da pressão arterial na pré-eclâmpsia têm sido reconhecidas há muito tempo. Entretanto, a atenuação ou inversão do padrão vigília-sono, inicialmente descrita, apresenta baixa sensibilidade. Isto é, muitos casos de pré-eclâmpsia, definidos sob critério clínico²⁰ ou histológico renal²¹, não apresentam as alterações mencionadas relativas ao ritmo circadiano.

A possibilidade de antecipar o desenvolvimento de pré-eclâmpsia representaria o maior benefício que a monitorização ambulatorial da pressão arterial poderia trazer à propedêutica na mulher gestante. Níveis de pressão arterial média superiores a 95mmHg e de pressão arterial diastólica superiores a 80mmHg no primeiro trimestre e acima de 90mmHg e 75mmHg respectivamente no segundo trimestre, embora dentro da faixa normal, foram inicialmente identificados como preditivos do desenvolvimento de pré-eclâmpsia²², po-




Fig. 1

Tabela VIII - Conceitos, classificações e prevalências da hipertensão, normotensão e efeito do avental branco				
Classe vigília	Conceito	Pressão de consultório	Pressão	Prevalência
Hipertensão do avental branco				
Pressão consultório	> pressão vigília	>140/90	<135/85	20-30
Normotensão do avental branco				
Pressão consultório	< pressão vigília	<140/90	>140/90	10-20
Efeito do avental branco				
Pressão consultório	> pressão vigília		Normotenso	
	Normotenso		Hipertenso	
	(>20/10mmHg)			
	Hipertenso			

rém esses dados não foram convincentemente confirmados, em boa medida devido à ampla sobreposição de valores de pressão entre as pacientes que efetivamente desenvolvem pré-eclâmpsia e as que não desenvolvem²³.

Fenômeno do avental branco

Os níveis da pressão arterial medidos em consultório podem ser maiores, semelhantes ou menores do que os obtidos em vigília pela monitorização ambulatorial da pressão arterial. Essas diferenças eventuais possibilitam a classificação dos pacientes em duas diferentes categorias: hipertensão do avental branco²⁴ ou normotensão do avental branco²⁵ (fig. 1).

Registra-se igualmente o efeito do avental branco²⁴. Conforme definições e valores expressos na tabela VIII, define-se cada situação específica.

Há evidências de que a hipertensão do avental branco possa não ser tão benigna como se pensava, ocorrendo maior possibilidade de acometimento de órgãos-alvo que em populações normotensas, porém em menor escala do que em hipertensos²⁶. Por outro lado, alguns autores demonstram semelhante possibilidade de eventos cardiovasculares para este grupo de indivíduos quando comparados com uma população de normotensos²⁷.

Não há características clínicas específicas que auxiliem neste diagnóstico, embora sua prevalência aumente com a idade, notadamente no sexo feminino. Não existem evidências de benefícios de intervenções medicamentosas neste grupo de pacientes; entretanto, o paciente deve ser considerado no contexto de seu risco cardiovascular global, permanecendo em seguimento clínico.

Significado clínico e prognóstico da normotensão do avental branco

Recentemente, destacou-se um grupo de pacientes cuja pressão arterial é elevada pela monitorização ambulatorial da pressão arterial, mas apresenta valores normais na medida casual.

Estudos restritos têm sugerido que esses pacientes têm maior prevalência de lesões de órgãos-alvo do que indivíduos normotensos nos dois métodos de medida da pressão arterial^{25,29}.

Papel da monitorização ambulatorial da pressão arterial na avaliação prognóstica em pacientes hipertensos

Por serem mais reprodutíveis e melhor estimar a variável pressão arterial, os valores de pressão arterial obtidos pela monitorização ambulatorial da pressão arterial se correlacionam mais fortemente com lesões de órgãos-alvo e morbidade e mortalidade do que as medidas casuais da pressão arterial.

Os valores médios de pressão arterial sistólica e diastólica de 24h, de vigília e de sono apresentam correlação posi-

tiva com índice de massa de ventrículo esquerdo, lesões isquêmicas encefálicas e microalbuminúria. Em idosos, avaliados no Estudo *Syst-Eur*, a variável que apresentou melhor correlação com eventos cardiovasculares maiores, como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e óbito foi a pressão arterial sistólica do sono, seguida da pressão arterial sistólica de 24h e da pressão arterial sistólica de vigília. O estudo de Ohasama²⁸ encontrou achados semelhantes.

A intensidade da queda da pressão arterial no sono mostra correlação inversa com a massa de ventrículo esquerdo e microalbuminúria. Em relação a lesões isquêmicas encefálicas, os indivíduos com atenuação da queda no sono (<10%) ou com queda noturna exagerada (>20%) apresentam maior número de áreas isquêmicas à ressonância nuclear magnética cerebral.

A variabilidade da pressão arterial estimada pelo desvio padrão (coeficiente de variação percentual) de medidas contínuas da pressão arterial batimento a batimento apresenta correlação positiva com lesões de órgãos-alvo. Entretanto, por possível limitação da monitorização ambulatorial da pressão arterial, essa associação não foi demonstrada com o desvio padrão (coeficiente de variação percentual) obtido pela monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24h.

Avaliação dos dados obtidos com a monitorização ambulatorial da pressão arterial

Para a análise dos dados obtidos com a monitorização ambulatorial da pressão arterial há necessidade inicial de se avaliar a qualidade do exame. Os dados obtidos e avaliáveis são: médias pressóricas; diferenças de pressão vigília-sono; correlações entre pressões e atividades, sintomas e medicamentos; presença de picos tensionais e episódios de hipotensão. Outros parâmetros são obtidos, mas, ou não existem critérios definitivos para a sua interpretação, como pressão arterial média, pressão de pulso e variabilidade, ou são mal estimados pelos equipamentos disponíveis, tais como frequência cardíaca e, finalmente, aqueles que têm im-

Tabela IX - Avaliação dos dados obtidos com a monitorização ambulatorial da pressão arterial

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Dados avaliáveis<ul style="list-style-type: none">• médias pressóricas• diferenças vigília/sono• relações pressão-atividade/sintomas/medicamentos• picos tensionais• hipotensão■ Sem critérios definidos para interpretação<ul style="list-style-type: none">• pressão arterial média• pressão de pulso• variabilidade■ Mal estimados pelos equipamentos<ul style="list-style-type: none">• frequência cardíaca■ Importância clínica limitada<ul style="list-style-type: none">• cargas pressóricas |
|--|

portância clínica limitada, como, por exemplo, a carga pressórica (tab. IX).

Validade do procedimento

Thijs e cols.³⁰ analisaram a validade do exame baseado no número mínimo de medidas necessárias em 24h e concluíram que esse número mínimo deveria ser de, pelo menos, uma medida a cada 30 minutos. Considerando-se uma perda média de 20%, recomenda-se a realização das medidas, no mínimo, a cada 20 minutos durante a vigília e a cada 30 minutos no período de sono. A exigência mínima é de pelo menos 14 medidas na vigília e 7 durante o sono. Em determinadas situações, tal como perda de medidas em horários não-relevantes, a juízo clínico, um número de medidas abaixo do preconizado pode ser aceitável.

Médias de pressão arterial

Dentre os parâmetros obtidos pela monitorização ambulatória da pressão arterial, as médias de pressão arterial são os melhores dados a serem analisados, por apresentarem maiores índices de correlação com diagnóstico, lesão em órgãos-alvo e prognóstico cardiovascular, tendo sido o único parâmetro relacionado à mortalidade, de acordo com o estudo de Ohkubo e cols.²⁸. A análise dos períodos de 24h, vigília e sono é considerada essencial para avaliação das médias de pressão. Períodos específicos, tais como as primeiras horas após o despertar ou na sesta, não têm ainda sua importância clínica bem estabelecida. Recomenda-se que esse parâmetro seja interpretado de acordo com os valores expressos na tabela VII, destacando-se a normalidade ou não dos valores obtidos. Deve-se alertar para a presença de médias consideradas intermediárias. Tanto as médias sistólicas quanto diastólicas, isoladas ou simultaneamente, têm valor clínico.

Diferenças de pressão vigília-sono

É fundamental para a definição dos períodos de vigília e de sono a anotação precisa dos horários em que o indivíduo submetido ao exame dormiu e acordou. Esses dados devem estar claramente anotados no diário de atividades.

A referência, pelo paciente, de sono intensamente perturbado na vigência do exame deve ser considerada no momento da interpretação das variações das pressões vigília-sono.

Usualmente encontra-se queda da pressão sistólica e diastólica durante o sono quando comparado ao período de vigília. Foi observado em hipertensos que queda inferior a 10% relacionava-se a pior prognóstico cardiovascular³¹. Em indivíduos normotensos, a ausência de queda da pressão arterial durante o sono não tem significado clínico confirmado. Shimada e cols.³² demonstraram, em idosos hipertensos com descenso superior a 20%, que houve aumento de risco cardiovascular, especialmente para a ocorrência de acidente vascular encefálico.

Vale lembrar que a inversão do comportamento fisiológico da pressão vigília-sono ou ausência de queda podem estar relacionadas a determinadas situações, tais como distúrbio do sono provocado pelo exame, controle inadequado da pressão em pacientes tratados, em algumas situações, de hipertensão secundária, apnéia do sono, disautonomia e uso de algumas drogas, como a ciclosporina.

Correlações de pressões com atividades, sintomas e medicamentos

Para a devida análise desses itens, é essencial o preenchimento detalhado do diário de atividades, sendo de grande importância a anotação dos horários em que o paciente dormiu e acordou, usou medicamentos ou bebidas alcoólicas, café e tabaco.

A presença de sintomas, horário de trabalho ou atividade física também precisam ser detalhadamente descritos³³.

Picos hipertensivos e episódios de hipotensão

Elevações significativas da pressão arterial de forma progressiva, em pelo menos duas medidas, atingindo um pico claramente acima das variações anterior e posterior configuram pico hipertensivo. Vale a pena ressaltar que valores elevados e isolados, na maioria das vezes, representam artefatos, portanto, sem significado.

Episódios sintomáticos de diminuição da pressão arterial podem ser importantes, especialmente nas seguintes situações: ação medicamentosa, síncope, lipotímia pós-prandial em idosos, hipotensão postural, disautonomia e diabetes melito, entre outros. Medidas isoladas e assintomáticas de diminuição acentuada da pressão arterial também podem ser decorrentes de artefatos técnicos.

Pressão arterial média, pressão de pulso e variabilidade

A pressão arterial média é obtida pelo exame, com aplicabilidade restrita à pesquisa clínica.

A despeito da grande importância clínica que se tem dado à pressão de pulso, com base nas medidas casuais, com fortes evidências de implicações prognósticas, não há até o momento critérios para a interpretação desse parâmetro pela monitorização ambulatória da pressão arterial.

Sabe-se que a variabilidade da pressão arterial tem grande correlação prognóstica com eventos cardiovasculares e desenvolvimento de lesão em órgãos-alvo. Entretanto, a avaliação apropriada da variabilidade é somente possível através de registro contínuo da pressão arterial (batimento a batimento), o que não é obtido pelo método usual de registro da pressão arterial em 24h. O desvio padrão das médias de pressão arterial obtido pela monitorização ambulatória da pressão arterial vem sendo inadequadamente utilizado como indicativo da variabilidade da pressão arterial. Entretanto, até o momento não há critérios de normalidade para sua interpretação.

Tabela X - Itens que necessariamente deverão ser avaliados em um relatório de monitorização ambulatorial da pressão arterial

- Qualidade do exame
- Médias de pressão
- Diferenças de pressão vigília-sono
- Correlações entre pressões e atividades, sintomas e medicamentos
- Picos tensionais e episódios de hipotensão
- Comentários
- Conclusões

Frequência cardíaca

Apesar de registrarem a frequência cardíaca, os equipamentos utilizados para a monitorização ambulatorial da pressão arterial não são apropriados para a obtenção desse parâmetro, não devendo, portanto, ser considerado, exceto nos equipamentos capazes de registrar simultaneamente o eletrocardiograma em 24h.

Cargas pressóricas

Embora tenha definição proposta desde 1988³⁴ - percentagens de medidas acima dos valores de referência -, este critério suporta várias críticas.

Dentre elas, uma das mais consistentes está relacionada ao fato de que o mesmo valor de cargas pressóricas pode

significar diferentes comportamentos estimados pelas médias de pressão.

Mesmo havendo documentação sobre a relação direta entre valores de cargas, especialmente acima de 50%, e lesões em órgãos-alvo, há a tendência, nas mais recentes diretrizes para utilização da monitorização ambulatorial da pressão arterial, de não se considerarem na interpretação clínica os valores de cargas pressóricas³⁶⁻³⁸.

Assim, pode-se julgar igualmente inapropriada a consideração dessa variável na interpretação rotineira do exame.

Produção de relatórios

O relatório da monitorização ambulatorial da pressão arterial deve conter obrigatoriamente os itens apontados na tabela X³⁹.

Não se deve estabelecer, em conformidade com as informações hoje disponíveis, diagnóstico de hipertensão utilizando-se a monitorização ambulatorial da pressão arterial, pois este é um diagnóstico clínico. Quando indicada para fins de avaliação do comportamento da pressão em 24h, deve-se apenas considerar nas conclusões: comportamento normal, intermediário ou anormal da pressão em 24h. Para fins de avaliação da eficácia terapêutica deve-se concluir pelo seguinte: as medicações referidas como utilizadas parecem (ou não) estar exercendo adequado controle da pressão arterial nas 24h.

I Diretrizes para o Uso da Monitorização Residencial da Pressão Arterial

Importância da monitorização residencial da pressão arterial

A medida da pressão arterial no consultório, apesar de considerada procedimento padrão para o diagnóstico de hipertensão e para o seguimento de pacientes hipertensos, está sujeita a inúmeros fatores de erro, sendo que o mais importante dentre eles é a influência do observador. Além disso, tal medida propicia um número reduzido de leituras, que não apresentam boa reprodutibilidade ao longo do tempo.

A medida residencial realizada durante vários dias pelo paciente ou familiar devidamente treinados constitui uma alternativa útil para evitar esses inconvenientes. Essa não é uma técnica inovadora, pois já em 1940⁴⁰ havia sido demonstrado que a medida residencial, apresentava valores de 30 a 40mmHg mais baixos do que a medida no consultório. Comparando-se os valores de medida da pressão no consultório com a monitorização ambulatorial da pressão arterial e a medida residencial verificou-se que a residencial apresentou valores mais baixos do que a monitorização ambulatorial da pressão arterial e a pressão de consultório⁴¹.

Com o desenvolvimento de equipamentos compactos, confiáveis, validados e de preços mais acessíveis, o procedimento se tornou viável para uso em larga escala na prática clínica diária e na pesquisa.

Tabela XI - Vantagens da monitorização residencial da pressão arterial realizada com aparelho semi-automático em comparação às medidas de consultório

- Oferece maior número de medidas⁴²
- Apresenta boa aceitabilidade inclusive por idosos e muito idosos⁴³
- Favorece maior adesão ao tratamento⁴⁴
- Mostra boa reprodutibilidade⁴⁵
- Avalia a pressão sem influência do observador e do ambiente do consultório⁴⁶
- Atenua os erros e preferências do observador⁴⁷
- Apresenta menor efeito placebo⁴⁸
- Mostra melhor correlação com lesão de órgãos-alvo⁴⁶
- Possibilita armazenamento, impressão e transmissão a distância das leituras obtidas⁴⁴
- Diminui o número de visitas⁴⁹
- Os aparelhos têm menor custo⁵⁰

Tabela XII - indicações da monitorização residencial da pressão arterial realizada com aparelho semi ou automático^{47,51,52}

- Seguimento do hipertenso do avental branco
- Quantificação do efeito do avental branco
- Avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva
- Utilização em ensaios clínicos

Indicações, vantagens e limitações da monitorização residencial da pressão arterial

Dentre as vantagens da monitorização residencial da pressão arterial em relação às medidas casuais (de consultório) está a melhoria dos índices de adesão ao tratamento, o que levou vários organismos internacionais a sugerirem o uso rotineiro de tal procedimento.

Equipamentos

A medida da pressão arterial pelo paciente ou familiar pode ser realizada através de: esfigmomanômetro de coluna de mercúrio; esfigmomanômetro aneróide; aparelhos oscilométricos semi ou automáticos com deflagração manual de medida no braço, no pulso ou no dedo⁵³.

O esfigmomanômetro de coluna de mercúrio não é apropriado para medida pelo paciente ou familiar devido às dificuldades do método indireto de medida com técnica auscultatória, além de o mercúrio estar sendo gradativamente banido do uso médico devido a sua toxicidade⁵⁴. O aneróide apresenta as mesmas dificuldades do método indireto com técnica auscultatória, além da descalibração mais frequente do que o de coluna de mercúrio.

Com relação aos aparelhos oscilométricos semi ou automáticos com deflagração manual, os de medida no braço são os mais recomendados e confiáveis. Os que medem a pressão no pulso apresentam limitações devido à necessidade de colocação do pulso ao nível do coração, além de erros devido à flexão ou hiperextensão do pulso durante a medida. Aqueles que medem no dedo, apesar de convenientes para o paciente, não são recomendáveis devido à baixa confiabilidade⁵⁵. É fundamental que os aparelhos empregados sejam validados de acordo com as normas da *British Hypertension Society* e *Association for Advancement of Medical Instruments* ou outros critérios aceitos internacionalmente⁵⁶. Além disso, é importante que o equipamento tenha sua calibração testada contra aparelho de coluna de mercúrio, pelo menos, anualmente.

Tabela XIII - Limitações da monitorização residencial da pressão arterial realizada com aparelho semi ou automático^{47,51,52}

- Impossibilidade de medir a pressão durante o sono
- Tempo despendido na instrução do paciente e/ou familiares
- Número reduzido de estudos de normalidade e prognóstico
- Grande número de equipamentos não-validados
- Pacientes arritmicos, obesos e crianças
- Possibilidade de o paciente auto-ajustar a medicação induzido pelo valor da leitura

Outro aspecto relacionado ao equipamento diz respeito à necessidade do uso de manguito de tamanho adequado ao braço do paciente.

Protocolos, procedimentos e instruções ao paciente

Vários protocolos de monitorização residencial da pressão arterial têm sido utilizados^{53,57}. Recomenda-se, pelo menos, duas medidas pela manhã, antes da tomada das medicações e do desjejum, e duas à noite, antes do jantar ou três horas depois, para evitar a redução pós-prandial da pressão arterial, durante, no mínimo, três dias consecutivos de atividades habituais, desprezando-se as medidas do primeiro dia.

Valor clínico da monitorização residencial da pressão arterial

Diagnóstico da hipertensão do avental branco - A medida residencial da pressão arterial, por ser isenta do efeito do observador, possibilita o diagnóstico do efeito e da hipertensão do avental branco, mais frequentemente observados nas hipertensões leves. No entanto, Stergiou e cols.⁵⁸ mostraram que a medida residencial não foi apropriada como alternativa à monitorização ambulatorial da pressão arterial no diagnóstico da hipertensão do avental branco, podendo, porém, ser útil como método de rastreamento desse fenômeno e de acompanhamento a longo prazo dos hipertensos nessas condições devido a sua alta especificidade e baixo custo.

Avaliação da eficácia da terapêutica anti-hipertensiva - Graças ao baixo custo⁵⁰, boa aceitabilidade⁵⁹, facilidade de manuseio, possibilidade de avaliação a longo prazo e monitorização a distância⁶⁰, a medida residencial pode ser bastante apropriada para avaliação da eficácia da terapêutica anti-hipertensiva. Além disso, pode ser utilizada na avaliação do efeito de drogas anti-hipertensivas em ensaios clínicos, diminuindo o número de pacientes necessários para o estudo⁶¹.

A medida residencial é particularmente útil na avaliação da eficácia da terapêutica em pacientes hipertensos resistentes às medidas de consultório, por poder observar o efeito do avental branco⁶².

Tabela XV - Instruções gerais a serem fornecidas ao paciente para medida da pressão arterial no braço

- Informar sobre a variação da pressão arterial: "A pressão varia a cada batimento do coração"
- Salientar que, na maioria das pessoas, a pressão arterial em casa é mais baixa do que no consultório
- Informar que pressões com diferencial pequeno (140/130) geralmente são artefatos
- Orientar para a realização de medidas nos dias e horários recomendados pelo médico, sem alterar a rotina de vida
- Recomendar não medir a pressão arterial de outras pessoas com equipamento que armazena leituras

Tabela XVI - Instruções ao paciente para a realização da monitorização residencial da pressão arterial

- Efetuar a medida na posição sentada após 1-2 minutos de repouso
- Estar em ambiente tranquilo com temperatura agradável
- Utilizar preferencialmente o braço esquerdo apoiado na altura do coração com a palma da mão voltada para cima
- Anotar os valores realmente obtidos quando empregar equipamentos que não armazenam ou imprimem os dados
- Preencher o diário com as principais atividades, tais como horário de refeições, tomada de medicamentos ou sintomas
- Realizar medidas adicionais quando surgirem sintomas ou situações especiais
- Seguir as instruções do fabricante do aparelho quanto à deflagração do procedimento

Prognóstico do hipertenso - Dois estudos prospectivos importantes avaliaram o papel prognóstico da medida residencial. Assim, o estudo de Ohasama⁶² analisou grande número de indivíduos durante vários anos, tendo observado mortes como desfecho, e demonstrou que a medida residencial apresenta correlação com mortalidade cardiovascular total, morbidade por acidente vascular encefálico e mortalidade não-cardiovascular. Ao comparar a medida residencial com a casual de consultório, os autores verificaram que aquela mostrou poder preditivo mais forte do que esta.

No estudo "Tecumseh"⁶³ foi sugerido que a medida residencial pode ter valor preditivo para o desenvolvimento de hipertensão e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.

Vários estudos têm mostrado melhor correlação da medida residencial com lesões de órgãos-alvo. Em nosso meio foi demonstrada melhor correlação da medida residencial com índice de massa de ventrículo esquerdo quando se compara com a medida de consultório⁴¹.

Crítérios de normalidade

Análise de banco de dados internacional, considerando medidas de manhã e noite, mostrou valores de normalidade menores ou iguais a 135/85mmHg e anormais acima de 140/90mmHg, havendo zona de incerteza entre esses limites⁶⁴.

Outro critério sugerido é empregar valores de medida residencial correspondentes a valores de medida de consultório. Assim, o valor correspondente a 130/85mmHg no consultório seria 125/80mmHg, e 140/90mmHg no consultório corresponderia a 133/86mmHg na monitorização residencial da pressão arterial⁶⁵.

O valor limite de 135/85mmHg tem sido recomendado por organismos internacionais, como o JNC-VI, e nacionais, como o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial⁶⁶. Em situações especiais, como no diabetes melito, em crianças e gestantes ainda não estão estabelecidos os critérios de normalidade.

Interpretação dos dados obtidos e produção de relatórios

Descrever o protocolo utilizado - Como o protocolo depende do objetivo do exame, a sua descrição é fundamental.

Qualidade do procedimento - O registro deverá ser aceito para interpretação quando atingir, pelo menos, 80% de leituras válidas em relação às leituras previstas. Deverão ser excluídas as medidas aberrantes, tais como diastólica acima de 140 mmHg e abaixo de 40 mmHg, sistólica abaixo de 70 mmHg e acima de 250 mmHg e pressão de pulso menor que 20 mmHg.

Médias de pressão - De acordo com o banco de dados internacional, as médias de pressão são consideradas normais quando iguais ou menores do que 135/85mmHg. Recomendamos considerar exame anormal quando as médias estiverem acima de 135/85 mmHg para registros de, no mínimo, três dias, desprezando-se o primeiro dia. No relatório deve-se citar, além das médias diárias e total do registro, a ocorrência de medidas mais elevadas no primeiro dia de registro, que podem estar relacionadas a reação de alarme, bem como medidas de outros dias que contrastem com a média de todas as medidas. Também é interessante analisar a média dos valores de pressão dos períodos da manhã e noite, principalmente em pacientes sob terapêutica medicamentosa.

Correlação com sintomas e medicação - Devem ser descritos no relatório de acordo com as anotações do diário do paciente. Assim, a medida residencial surge como mais uma ferramenta que pode auxiliar no manejo do paciente hipertenso, facilitando não só a identificação da real elevação dos níveis tensionais como também melhor avaliando a efetividade do tratamento instituído e favorecendo uma melhor adesão ao tratamento.

Referências

- Clark LA, Denby L, Pregibon D, et al. Effects of activity on diurnal variations of blood pressure. *J Chron Dis*, 1987; 40: 671-81.
- Mauk GB, Smith CR, Geddes LR, et al. The meaning of the point of maximum oscillations in cuff pressure in the indirect measurement of blood pressure II. *J Biomech Eng* 1980; 102: 28-33.
- O'Brien E, Coats A, Owens P, et al. Use and interpretation of ambulatory blood pressure monitoring: recommendations of the British Hypertension Society. *Br Med J* 2000; 320: 1128-34.
- Chaves JR HC. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA-24h): sua reprodutibilidade e importância na construção de modelos para estimar a hipertrofia cardíaca (tese de doutorado). Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, 2000.
- Omboni S, Parati G, Palatini P, et al. Reproducibility and clinical value of nocturnal hypotension: prospective evidence from the SAMPLE study. *J Hypertens* 1998; 16: 733-88.
- Mochizuki Y, Okutani M, Donfeng Y, et al. Limited reproducibility of circadian variation in blood pressure dippers and non-dippers. *Am J Hypertens* 1998; 11(Pt 1): 403-09.
- Ramsay LE, Williams B, Johnston GD, Macgregor GA, Poston L, Potter JF. Guidelines for management of hypertension: report of the third working party of the British Hypertension Society. *J Hum Hypertens* 1999; 13: 569-92.
- Lurbe E, Aguilar F, Gomez A, Tacons J, Alvarez V, Redon J. Reproducibility of ambulatory blood pressure monitoring in children. *J Hypertens* 1993; 11(suppl 5): S288-S9.
- Belsha CW, Spencer III HJ, Berry PL, Plummer JK, Wells TG. Diurnal blood pressure patterns in normotensive and hypertensive children and adolescents. *J Hum Hypert* 1997; 11: 801-06.
- Sochett EB, Poon I, Balfe W, Daneman D. Ambulatory blood pressure monitoring in insulin dependent diabetes mellitus adolescents with and without microalbuminuria. *J Diab Complications* 1998; 12: 18-23.
- Seeman T, Sikut M, Konrad M, Vondrichova H, Janda J, Scharer K. Blood pressure and renal function in autosomal dominant polycystic kidney disease. *Pediatr Nephrol* 1997; 11: 592-6.
- Lingens N, Soergel M, Chantal L, Busch C, Lemmer B, Schörner K. Ambulatory blood pressure monitoring in paediatric patients treated by regular haemodialysis and peritoneal dialysis. *Pediatr Nephrol* 1995; 9: 167-72.
- Koch VH, Furusawa E, Ignez E, Okay Y, Mion Jr D. Ambulatory blood pressure monitoring in chronically dialysed pediatric patients. *Blood Pressure Monit* 1999; 4: 213-16.
- Calzolari A, Giordano U, Matteucci MC, et al. Hypertension in young patients after renal transplantation: ambulatory blood pressure monitoring versus casual blood pressure. *Am J Hypert* 1998; 11: 497-501.
- Contard S, Chanudet X, Coisne D, et al. Ambulatory monitoring of blood pressure in normal pregnancy. *Am J Hypertens* 1993; 6: 880-4.
- Brown MA, Robinson A, Bowyer L, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in pregnancy: what is normal? *Am J Obstet Gynecol* 1998; 178: 836-42.
- Murnaghan GA, Mitchell RH, Ruff S. Circadian variation of blood pressure in pregnancy. In: Bonnar J, MacGillivray I, Symonds EM (eds.). *Pregnancy hypertension*. Lancaster: MTP Press, 1980: 107-12.
- Clark S, Hofmeyr GJ, Coats A. Ambulatory blood pressure monitoring during pregnancy: validation of the TM 2420 monitor. *Obstet Gynecol* 1991; 77: 152-5.
- Halligan A, O'Brien E, O'Malley K. Twenty four hour ambulatory blood pressure measurement in a primigravid population. *J Hypert* 1993; 11: 869-73.
- Peek M, Shennan A, Halligan A, Lambert PC, Taylor DJ, De Swiet M. Hypertension in pregnancy: which method of blood pressure measurement is most predictive of outcome? *Obstet Gynecol* 1996; 88: 1030-3.
- Hermida RC, Ayala DE. Diagnosing gestational hypertension and preeclampsia with the 24-hour mean of blood pressure. *Hypertension* 1997; 30: 1531-7.
- Olofsson P, Persson K. A comparison between conventional and 24-hour automatic blood pressure monitoring in hypertensive pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1995; 74: 429-33.
- Luders C, Mion Jr D, Kahhale S, Zugaib M, Sabbaga E, Marcondes M. Nocturnal blood pressure fall in pre-eclamptic patients, confirmed by renal biopsy. *Am J Hypertens* 1994; 7(4 pt 2): 113A.
- Pickering TG, James GD, Boddie C, Harshfield GA, Blank S, Laragh JH. How common is white coat hypertension? *JAMA* 1988; 259: 225-8.
- Liu JE, Roman MJ, Pini R, Schwartz JE, Pickering TG, Devereux RB. Cardiac and arterial target organ damage in adults with elevated ambulatory and normal office blood pressure. *Ann Intern Med* 1999; 131: 564-72.
- Julius S, Mejia A, Jones K, Krause L, Schork N, Van de Vem C. "White coat" versus "sustained" borderline hypertension in Tecumseh, Michigan. *Hypertension* 1990; 16: 617-23.
- Cavallini MC, Roman MJ, Pickering TG, Schwartz JE, Pini R, Devereux RB. Is white coat hypertension associated with arterial disease or left ventricular hypertrophy? *Hypertension* 1995; 26: 413-19.
- Ohkubo T, Hozawa A, Nagai K, et al. Prediction of stroke by ambulatory blood pressure monitoring versus screening blood pressure measurements in a general population: the Ohasama study. *J Hypertens* 2000; 18: 847-54.
- Schillaci G, Verdecchia P, Sacchi N, et al. Clinical relevance of office underestimation of usual blood pressure in treated hypertension. *Am J Hypertens* 2000; 13(5 pt 1): 523-8.
- Thijs L, Staessen J, Fagard R, Zaccaria P, Amery A. Number of measurements required for the analysis of diurnal blood pressure profile. *J Human Hypertens* 1994; 8: 239-44.
- O'Brien, Sheridan J, O'Malley K. Dippers and non-dippers. *Lancet* 1988; 13: 397.
- Kario K, Matsuo T, Kobayashi H, Imiya M, Matsuo M, Shimada K. Nocturnal fall of blood pressure and silent cerebrovascular damage in elderly hypertensive patients. Advanced silent damage in extreme dippers. *Hypertension* 1996; 27: 130-5.
- Mion Jr D, Nobre F. Manual de instalação e cuidados. Lemos Editorial, 1998.
- Zaccaria PK, Sheps SG, Ilstrup DM, et al. Blood Pressure: a better determinant of hypertension. *Mayo Clin Proc* 1988; 63: 1085-91.
- White WB. Blood Pressure load and target organ effects in patients with essential hypertension. *J Hypertens* 1991; 9(suppl 8): S39-S41.
- Staessen J, Fagard R, Thijs L, Amery A, et al. A consensus view on the technique of Ambulatory Blood Pressure Monitoring. *Hypertension* 1995; 26(part 1): 912-18.
- Consensus on non-invasive Ambulatory Blood Pressure Monitoring. *J Hypertens* 1990; 8(suppl 6): 135-40.
- Myers MG, Brian R, Rabkin. Canadian Hypertension Society Guidelines for Ambulatory Blood Pressure Monitoring. *Am J Hypertens* 1999; 12: 1149-57.
- Nobre F. Análise dos dados obtidos e emissão de laudos. In: Mion Jr D, Nobre F. *Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial*. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998.
- Ayman D, Goldshine AD. Blood pressure determinations by patients with essential hypertension: the difference between clinic and home readings before treatment. *Am J Med Sci* 1940; 200: 465-70.
- Gomes MAM, Pierin A, Segre CA, Mion Jr D. Monitorização residencial da pressão arterial e monitorização ambulatorial da pressão arterial versus medida da pressão arterial no consultório. *Arq Bras Cardiol* 1998; 71: 581-5.
- Padfield PL, Lindsay BA, McLaren JA, et al. Changing relation between home and clinic blood pressure measurements: do home measurements predict clinic hypertension? *Lancet* 1997; 2: 322-4.

43. Bortolotto LA, Henry O, Hanon O, et al. Validation of two devices for self-measurement of blood pressure by elderly patients according to the revised British Hypertension Society protocol: the Omron HEM-722C and HEM-735C. *Blood Pressure Monit* 1999; 4: 21-5.
44. Friedman RH, Kazis LE, Jette A, et al. A tele communications system for monitoring and counseling patients with hypertension. Impact on medication adherence and blood pressure control. *Am J Hypertens* 1996; 9: 285-92.
45. Imai Y, Poncelet P, Debuyzere M, et al. Prognostic significance of self-measurements of blood pressure. *Blood Press Monit* 2000; 5: 137-43.
46. Yarows S. Home blood pressure monitoring in primary care. *Blood Pressure Monitoring* 1998; 3: S11-S17.
47. Pickering TG, Krakoff L, et al. American Society of Hypertension Expert Panel: conclusions and recommendations on the clinical use of home (self) and ambulatory blood pressure monitoring. *Am J Hypertens* 1996; 9: 1-11.
48. Vaur L, Dubroca I, Dutry-Aupagne C, et al. Superiority of home blood pressure measurements over office measurements for testing antihypertensive drugs. *Blood Press Monit* 1998; 3: 107-114.
49. Soghikian K, Casper SM, Fireman BH, et al. Home blood pressure in management of hypertension. *Can Med Assoc J* 1978; 119: 1034-9.
50. Staessen JA, O'Brien ET, Thijs L, Fagard RH. Modern approaches to blood pressure measurements. *Occup Environ Med* 2000; 57: 510-20.
51. Campbell NRC, Abbott D, Bass M, et al. Self-measurement of blood pressure: recommendations of the Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control. *Canad J Cardiol* 1995; 11: 5H-19H.
52. Mengden T, Chamontin B, Chau NP, et al. User procedure for self-measurements of blood pressure. *Blood Press Monit* 2000; 5: 111-29.
53. O'Brien E, Régis DG, Guillaume B, et al. Devices and validation. *Blood Press Monit* 2000; 5: 93-100.
54. O'Brien E. Replacing the mercury sphygmomanometer. *Br Med J* 2000; 320: 815-6.
55. Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The sixth report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VI). *Arch Intern Med* 1997; 157: 2413-46.
56. O'Brien E, Mee F, Atkins N, et al. Evaluation of three devices for self-measurement of blood pressure according to revised British Hypertension Society Protocol: the Omron HEM-705 CP, Philips HP 5332, and Nissei DS-175. *Blood Press Monit* 1996; 1: 55-61.
57. Stergiou GS, Skeva II, Zourbaki AS, et al. Self-monitoring of blood pressure at home: how many measurements are needed? *J Hypertens* 1998; 16: 725-31.
58. Stergiou GS, Zourbaki AS, Skeva II, et al. White coat effect detected using self-monitoring of blood pressure at home. *Am J Hypertens* 1998; 11: 820-7.
59. Gomes MAM, Pierin A, Mion Jr D, et al. Home blood pressure measurement with a automatic device (OMRON IC): acceptance and comparison office blood pressure measurement. *Hypertens* 1999; 12(4 pt 2): 163A.
60. Gerin W, Pickering TG, Holland JK, Alter R. Telephone-linked home blood pressure monitoring may improve management. *Am J Hypertens* 1999; 12(4 pt 2): 163A.
61. Denolle T, Waeber B, Kjeldsen S, et al. Self-measurement of blood pressure in clinical trials and therapeutics applications. *Blood Press Monit* 2000; 5: 145-9.
62. Tsuji I, Imai Y, Nagai K, et al. Proposal of reference values for home blood pressure measurement. Prognostic criteria based on a prospective observation of the general population in Ohasama, Japan. *Am J Hypertens* 1997; 10: 409-18.
63. Julius S, Mejia A, Jones K, et al. "White coat" versus "sustained" borderline hypertension in Tecumseh, Michigan. *Hypertension* 1990; 16: 617-23.
64. Thijs L, Staessen JA, Celis H, et al. Reference values for self-recorded blood pressure. A meta-analysis of summary data. *Arch Intern Med* 1998; 158: 481-8.
65. Weisser B, Mengden T, Düsing R, et al. Normal values of blood pressure self-measurement in view of the 1999 World Health Organization - International Society of Hypertension Guidelines. *Am J Hypertens* 2000; 13: 340-3.
66. III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial. III CBH. *Rev Bras Clin Ter* 1998; 24: 231-72.